

### **Příloha č. 3**

Vážený pan  
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.  
předseda Rady pro akreditaci klinických laboratoří

Vážený pane předsedo,

na svém zasedání se zabýval výbor společnosti společným doporučením pro validace a verifikace pro všechny laboratorní obory, které považuje pro použití v dané formě pro všechny obory jako. Řada postupů je odlišných a navzájem pak nepropojitelných. Měly by existovat specifická doporučení pro jednotlivé obory, i když budou v mnoha případech totožná, avšak také v řadě bodů ale zásadně odlišná. Ve vlastním textu je řada jednak formálních pochybení (odvolávání se na FDA...), či nejasností (součástí validace je kalibrace, nedefinovaný carryover). Text s poznámkami a opravami je přiložen.

S pozdravem

Tomáš Zima

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA  
předseda České společnosti pro klinickou biochemii