

## Příloha č. 8

Vážená paní  
Ing. Ivana Jenšovská  
ředitelka odboru  
dohledu nad zdravotním pojištěním MZ ČR

V Praze dne 14. srpna 2010

Vaše č.j.: MZDR 43560/2010/DZP

Vážená paní ředitelko,

děkuji Vám za Váš dopis ze dne 2.8.2010 týkající se zařazení výkonu „Stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c v ambulanci“ do seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a jeho projednání v pracovní skupině.

Dovoluji si Vás upozornit, že představitelé České společnosti klinické biochemie nositele odbornosti výkonů v klinické biochemii, kam laboratorní vyšetření z oboru klinická biochemie, jako je stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c přísluší, nebyli oficiálně nikdy pozváni. Z materiálů, které jsme neoficiálně viděli se kalkulační listy liší mezi návrhem Diabetologické společnosti a Společnosti všeobecného lékařství. Dále je v jednom návrhu uveden přístroj konkrétní firmy, či není důkladně popsán systém vnitřní a externí kontroly kvality, což u laboratorních vyšetření je považováno za nezbytný a minimální požadavek z hlediska kvality.

Výbor odborné společnosti upozorňuje, že stanovení glykovaného hemoglobinu není z pohledu analytického jednoduchou záležitostí a výsledky stanovení systémy POCT nejsou optimistické. Z publikovaných článků v prestižních mezinárodních časopisech vyplývá, že systémy neposkytují ve většině případů správné a pravdivé údaje o hodnotě glykovaného hemoglobinu, což může vést ke špatné diagnóze, nesprávnému způsobu léčby a ve svých důsledcích k poškození pacienta.

Vážená paní ředitelko,

z výše uvedených důvodů proto považujeme zařazení tohoto výkonu z hlediska odborného, ale i kvality a bezpečnosti poskytované péče za nevhodné a žádáme Vás o revizi tohoto rozhodnutí.

S pozdravem

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.  
předseda ČSKB ČLS JEP